

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” – виконавчий партнер в Дніпропетровській, Харківській, Київській, Чернігівській областях у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ)

ЗАПРОШЕННЯ

до участі в конкурсі на закупівлю Сканер ультразвуковий діагностичний HS30, 2 порти (Виробництво: Samsung Medison Co., Ltd.) в межах проєкту “Зміцнення спроможностей інституцій України та місцевих організацій для підтримки партисипативного та орієнтованого на громади підходу щодо захисту та сталих рішень” для громад з Дніпропетровської, Харківської, Київської, Чернігівської областей

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” запрошує зацікавлених постачальників взяти участь у конкурсі на закупівлю Сканер ультразвуковий діагностичний HS30, 2 порти (Виробництво: Samsung Medison Co., Ltd.) (деталі наведені у Специфікації (Додаток 1)).

У разі зацікавленості просимо надсилати ваші пропозиції до **23:59 18.08.2026** року на електронну адресу tender@acpd.info із темою листа “Пропозиція на закупівлю Сканер ультразвуковий діагностичний HS30”.

Пропозиції мають бути оформлені українською мовою у вигляді повного комплексу конкурсної документації.

Вимоги до конкурсної документації:

1. Копії документів, що підтверджують державну реєстрацію учасника та наявність відповідного КВЕДу.
2. Комерційна пропозиція (див. зразок – Додаток 2).
 - подається українською мовою;
 - підписується уповноваженою особою та завіряється печаткою (за наявності).

Пропозиції, оформлені неналежним чином, з неповним комплектом документів або подані після встановленого терміну, не будуть допущені до розгляду.

Технічні та організаційні питання:

- 1) Надсилаються **ВИКЛЮЧНО** письмово на електронну адресу: tender@acpd.info;
- 2) не пізніше ніж за 6 годин до завершення конкурсу;
- 3) з обов’язковим зазначенням назви конкурсу в темі листа.

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” зі своєї сторони гарантує конфіденційність інформації, поданої в конкурсних пропозиціях.

Підведення підсумків конкурсу

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється у два етапи:

1. Формальна оцінка відповідності вимогам.
2. Цінова оцінка конкурсних пропозицій.

Умови співпраці

1. За результатами закупівлі з переможцем буде укладено тристоронній договір поставки між: Асоціацією – платником; Громадою – одержувачем негрошової допомоги; Постачальником – виконавцем (постачальником товару).
2. Постачання товару та передача його громаді оформлюються тристоронніми накладними.
3. Оплата здійснюється після постачання товару та підписання всіх документів, з можливістю авансового платежу до 50% від вартості за погодженням сторін.
4. Розрахунки проводяться у національній валюті (гривні) шляхом банківського переказу на рахунок постачальника.
5. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.

Інші умови

- Технічні, фінансові, організаційні та інші умови конкурсу не є публічною офертою.
- Асоціація залишає за собою право не розголошувати жодних подробиць оцінювання пропозицій, а також відхилити будь-яку пропозицію в на будь-якому етапі без пояснення причин і без відповідальності за прийняте рішення.

Асоціація діє відповідно до принципів прозорості, недискримінації, рівності можливостей і гендерної чутливості, з урахуванням потреб усіх вразливих груп населення.

Додатки до запрошення:

1. Специфікація
2. Форма комерційної пропозиції

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” – виконавчий партнер в Дніпропетровській, Харківській, Київській, Чернігівській областях у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до участі в конкурсі на закупівлю **Сканер ультразвуковий діагностичний HS30, 2 порти (Виробництво Samsung Medison Co., Ltd.)** в межах проєкту “Зміцнення спроможностей інституцій України та місцевих організацій для підтримки партисипативного та орієнтованого на громади підходу щодо захисту та сталих рішень” для громад з Дніпропетровської, Харківської, Київської, Чернігівської областей

№	Найменування та опис	Од. вим.	К-ть	Деталізація специфікації
Лот 1 – Солоницівська ТГ Харківської області				
1	Сканер ультразвуковий діагностичний HS30, 2 порти (Виробництво: Samsung Medison Co., Ltd.)	шт.	1	Комплектація: База апарата: USS-HS30 Датчики: – Конвексний датчик 2-8 МГц, C2-8 (USP-C028N6B/WR) – Лінійний датчик 5-12 МГц, L5-12/50 (USP-L05CN5B/WR) Додаткові пристрої: Термопринтер Режими: В – двомірної реконструкції; М – оцінки рухомої активності внутрішніх органів: кольоровий М-режим, анатомічний М-режим; CD – кольоровий доплер; PD – енергетичний доплер; TDI – тканинний доплер; S-Flow – направлений енергетичний доплер; PW – імпульсно-хвильовий доплер ; CW – постійно-хвильовий доплер Пакети з покращення роздільної здатності: ClearVision™: Зменшення шуму та покращення чіткості 2D-зображення. S-Harmonic™: Тканинна інверсна гармоніка. MultiVision™: Покращує чіткість, усуває артефакти. Робочий процес: QuickScan™: Налаштування параметрів зображення одним натиском. Програмовані клавіші: Призначення потрібних функцій кожній кнопці. Sonoview: База даних пацієнтів. Пакети вимірів та розрахунків: Акушерські, Гінекологічні, Педіатричні, Абдомінальні, Судинні, Кардіологічні, Поверхнево-розташованих структур та малих органів, Урологічні, Опорно-рухового апарату. Панель управління: 21,5 дюймовий монітор; Панель керування з 4-ма тримачами датчиків; Циферно-буквена клавіатура. Архівація: 512 ГБ SSD; 6 USB портів для підключення зовнішніх накопичувачів інформації.

			Безпека: Пристрій безперервного живлення 230V. <u>Типи досліджень, що підтримуються апаратом:</u> Абдомінальні – Відповідність Акушерські – Відповідність Кардіологічні – Відповідність Педіатричні – Відповідність Гінекологічні – Відповідність Малих органів – Відповідність Опорно-рухового апарату – Відповідність Судинні – Відповідність Урологічні – Відповідність <u>Загальні вимоги:</u> Відображення апарата українською мовою – Наявність Вага апарата, не більше – 55 кг Кількість портів для підключення датчиків, не менше – 2 порти Кількість цифрових каналів, не менше – 800 000 каналів Максимальний динамічний діапазон системи, не менше – 250 дБ <u>Вимоги до дисплею та інтерфейсу користувача:</u> Світлодіодний LED монітор з високою роздільною здатністю – Наявність Діагональ, не менше – 21,5 дюйм Роздільна здатність, не менше – 1920×1080 пікселів Кут повороту дисплею, не менше – 135 ° Циферно-буквена клавіатура інтерфейсу користувача – Наявність Клавіші які програмуються під потреби користувача, не менше – 5 клавіш <u>Вимоги до параметрів візуалізації:</u> 2D (B) режим – Наявність M режим – Наявність Анатомічний M режим – Можливість Режим кольорового доплера – Наявність Режим імпульсно-хвильового доплера – Наявність Режим постійно-хвильового доплера – Можливість Режим енергетичного доплера – Наявність Режим тканинного доплера – Можливість Режим направлено енергетичного доплера – Наявність Багатопроменеве складове сканування – Можливість Пригнічення шумів та артефактів – Наявність Автоматична оптимізація зображення за допомогою однієї кнопки в усіх режимах – Можливість Тканинна гармоніка – Наявність Трапецієподібна візуалізація – Наявність Покращення візуалізації голки – Можливість Автоматичний розрахунок стенозу судин, вимірювання товщини комплексу інтима-меді – Можливість Кардіологічні розрахунки – Можливість Оцінка деформації тканин міокарда – Можливість
--	--	--	---

			Панорамне сканування – Можливість Компресійна еластографія – Можливість Підтримка стандарту DICOM – Можливість Збільшення зображення в реальному часі – Наявність Можливість зміни положення фокальної зони, не менше – 8 точок Кількість фокальних зон одночасно, не менше – 4 точки <u>Вимоги до параметрів В режиму:</u> Максимальна частота кадрів, не менше – 2000 кадр/с Динамічний діапазон, не вужче – 50-250 дБ Максимальна глибина сканування, не менше – 35 см Діапазон кроків мап сірого, не менше – від 1 до 10 Діапазон кроків мап кольору, не менше – від 1 до 10 <u>Вимоги до параметрів М режиму:</u> Динамічний діапазон, не вужче – 50-200 дБ Діапазон кроків мап сірого, не менше – від 1 до 10 Діапазон кроків мап кольору, не менше – від 1 до 10 <u>Вимоги до кольорового доплеру:</u> Діапазон PRF, не вужче 0.2кГц – 18,0кГц Діапазон кроків мап кольору не менше Від 1 до 12 <u>Вимоги до енергетичного доплеру:</u> Діапазон PRF, не вужче – 0,3кГц – 9,0кГц Діапазон кроків мап кольору, не менше – від 1 до 12 <u>Вимоги до параметрів імпульсно-хвильового доплера</u> Діапазон PRF, не вужче – 1,0кГц – 20,0кГц Динамічний діапазон, не вужче – 30-230 дБ Діапазон кроків мап сірого, не менше – від 1 до 10 <u>Вимоги до датчиків:</u> <i>Конвексний датчик</i> – Наявність Типи досліджень – Абдомінальні, акушерські гінекологічні та інші Діапазон частот, не вужче – 2 - 8 МГц Кут сканування, не менше – 58° Радіус кривизни, не менше – 50 мм Кількість елементів датчика, не менше – 128 Можливість застосування з набором для біопсії – Відповідність <i>Лінійний датчик</i> – Наявність Типи досліджень – Малих органів, судинні та інші Діапазон частот, не вужче – 5 - 12 МГц Апертура, не менше – 52 мм Кількість елементів датчика, не менше – 128 Можливість застосування з набором для біопсії – Відповідність
--	--	--	--

			<u>Вимірювання та розрахунки:</u> Типи вимірювань – Абдомінальні, виміри для дослідження судин, гінекологічні, акушерські, урологічні виміри, м'язово-скелетні, виміри малих органів, педіатричні виміри <u>Входи і виходи:</u> USB виходи, не менше – 3 Підтримка ЕКГ модуля – Можливість Підключення периферійних пристроїв – Можливість Ethernet-порт для підключення до локальної мережі – Наявність <u>Вимоги до параметрів живлення:</u> Напруга живлення в діапазоні – 220-240 В <u>Гарантійний термін:</u> повинен відповідати умовам гарантії, наданої Виробником (або його офіційним представником в Україні), але не менше ніж 1 (один) рік з дати підписання сторонами видаткової накладної. <u>У вартість мають бути включені доставка обладнання, навчання.</u>
--	--	--	---

Спеціальні умови:

1. Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількість одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься.
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов'язково має бути включена доставка до місця призначення в Солоницівську громаду Харківської області (Лот 1). Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.

**Комерційна пропозиція до конкурсу цінових пропозицій на закупівлю Сканер ультразвуковий діагностичний HS30, 2 порти
(Виробництво: Samsung Medison Co., Ltd.)**

Всі учасники мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою за наступною формою. Будь ласка зверніть Вашу увагу на спеціальні умови нижче.

№	Назва товару	Пропозиція постачальника. Найменування та технічні характеристики запропонованого товару (обов'язково)	Кількість, шт.	Ціна/шт, грн.	Сума, грн.
Лот 1 - Солоницівська ТГ Харківської області					
1	Сканер ультразвуковий діагностичний HS30, 2 порти (Виробництво: Samsung Medison Co., Ltd.)		1		

* Всього до сплати включає всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати. Ціна товару вказана з урахуванням доставки

Пропозиція дійсна до *вказати термін дії пропозиції, запропонована дата 30.09.2026 р.*

Умови доставки *Доставка за адресами, які будуть вказані в договорі*

Гарантія на товар *вказати кількість міс. з дати постачання*

Спеціальні умови

1. Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількість одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься.
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов'язково має бути включена доставка до місця призначення в Солоницівську громаду Харківської області (Лот 1), Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.

Посада

Прізвище, Ім'я

Підпис

Печатка(за наявності)

Дата